

---

## Indicator biologic B Stearothermophilus; Test Bowie Dick

I.D.: 53225114

---

Data publicarii	08.01.21	Coduri CPV	33198200-6 33694000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 4.330,00 RON - 4.330,00 RON

---

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Fabricat in Argentina Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja plasata intre campuri) pentru verificarea penetrarii aburului in sterilizatoarele cu prevacuum 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu standardele ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 100 x 100 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Schimbarea culorii este ireversibila Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei

---