

## **Evaluare - pret - ANALIZOR AUTOMAT PENTRU ANALIZA URINEI cu parametri chimici si parametric de sediment urinar**

I.D.: 100095264

---

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	38434000-6 38434500-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 23.07.24

---

Descriere: Caracteristici generale: viteza de lucru-min 40 teste/ora; capacitate de încărcare min 40 de probe; control automat asupra timpului de reactie;sistem automat de încărcare și aspirare a probelor;capacitate mare de stocare a rezultatelor;cititor cod de bare încorporat;system bidirecțional de comunicare cu LIS;printare rezultate Urobilinogen, Bilirubina, Corpi cetonic, Proteine, Hematii, Leucocite, Nitriti, Glucoza, pH, Densitate, Acid Ascorbic, Microalbumine;Creatinină, Calciu Parametri sediment urinar: RBC, WBC, WBCC, SQEP, NSE, UNCC, UNCX, BACT, BYST, SPRM, MUCS . Tehnologia utilizata: sediment urinar – tehnica de imagistică în flux; parametric chimici – colorimetrie fotoelectrică Parametri sediment urinar: Urobilinogen, Bilirubina,Corpi cetonic, Proteina, Hematii, Leucocite, Nitriti, Glucoza, Ph, Densitate,Acid Ascorbic,Microalbumina, Creatinina,Calciu Viteza de lucru : minim 40 probe/oră Rack probe: minim 40 probe Interfața de comunicare Port RS 232; LIS; Port Serial Identificare cu cod de bare: Scanner intern pentru cod de bare ; Scaner extern pentru cod de bare Analizorul să includă unitate PC, monitor, tastatura , mouse.

---