
Indicatori/indicator biologic abur cu mediu de cultura inclus -G. stearothermophilus ATCC 7953

I.D.: 44868871

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: ACHIZITIA DIN SICAP TINE LOC DE COMANDA FERMA . PRODUSELE VOR FI LIVRATE PANA LA DATA DE 13 DECEMBRIE INCLUSIV
Descriere: Indicatori biologici Bacillus Stearothermophilus, fiole, sterilizare cu abur 121 C - 134 C. Indicatori biologici Bionova au fost special conceputi pentru a controla ciclurile de sterilizare cu abur. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, populatie log 6;; Schimbarea culorii se face din roz la maro, incubare la 60 ± 2 ° C. Timpul de citire 24 h. Ambalare: 50 buc/cutie
