
Test / teste Helix abur control incarcatura PCD-134 °C - 3.5 min or 121 °C - 15 min

I.D.: 92777764

Data publicarii	30.01.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 225,00 RON - 225,00 RON

Descriere: Test lot control (PCD) pentru monitorizarea fiecarei sarje ce contine instrumentar canulat Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 134 °C - 3.5 min or 121 °C - 15 min Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Termen de valabilitate: 5 ani Pretul este pentru 1 strip indicator (la 250 stripuri tubul este inclus in pret)
