

Indicatori biologici pentru abur EZ TEST/100 MesaLabs ; Test indicator/integrator pentru sterilizare

I.D.: 53105729

Data publicarii 28.12.20 Coduri CPV 33124131-2 33198200-6

Pretul estimativ: 2.110,00 RON - 2.110,00 RON

Descriere: Indicatori biologici pentru sterilizarea cu abur - (producator / tara: MesaLabs, SUA) EZ TEST Destinat utilizării în ciclurile de sterilizare cu abur la 121 °C, cu deplasare gravitațională, și cicluri de pre-vacuum la 121-135 °C (cicluri de deplasare gravitațională la 132 °C, 10 minute, și cicluri de deplasare gravitațională la 132 °C, 3 minute.) Fiecare unitate este alcătuită dintr-un recipient de plastic cu capac, o fiola din sticla casanta cu mediu de recuperare și un strip din hartie cu spori inoculati. EzTest este disponibil pentru utilizare în unitatile sanitare si in industrie. Indicatorul chimic de pe eticheta se modifică de la albastru la negru, atunci cand este expus la abur. Conține spori *B.stearothermophilus* Strip integrator - ProChem Ssi (indicator) pentru sterilizare la autoclav 132-135°C. Indicator chimic pentru monitorizarea sterilizării la autoclav, la temperaturi cuprinse in intervalul 132- 135° C. Atunci cand stripul este expus aburului, indicatorul vireaza din alb in negru. Daca bulina-indicatoare devine la fel de sau mai inchisa decat culoarea standard inseamna ca procesul de sterilizare a fost realizat. Dupa incheierea ciclului, bulina-indicatoare isi schimbe culoarea din alb in negru, devenind la fel de inchisa sau mai inchisa in intensitate decat sageata de referinta. Aceasta schimbare indica faptul ca au fost indeplinite conditiile sterilizării. Testele se pot pastra la o temperatura intre 15-30°C. ACHIZITIA TINE LOC SI DE COMANDA FERMA