
Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura inclus B Stearothermophilus (ATCC 7953 ;Banda aut

I.D.: 43095264

Data publicarii 06.02.20 Coduri CPV 38341500-2 33198200-6 33124131-2

Pretul estimativ: 305,00 RON - 305,00 RON

Descriere: DESCRIERE: PROMOTIE ! Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 120 x 120 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Ambalare : 20 buc Valabilitate 5 ani DESCRIERE: Banda adeziva cu indicator pentru sterilizarea cu abur 19 mmm x 50 m; in conformitate cu ISO11140-1; culoarea se schimba in negru pentru a confirma procesul de sterilizare; termen de valabilitate 2 ani Fabricatie EU PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
