

---

## Plasma control normal 10X1ML

I.D.: 106678663

---

Data publicarii	05.12.24	Coduri CPV	33141624-0 33696200-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.400,00 RON - 1.400,00 RON

---

Descriere: Plasma umana folosita in controlul de calitate al testelor de coagulare, atat cele de screening cat si cele de coagulare, utilizand un control normal standardizat esential in monitorizarea terapiei cu anticoagulante orale si injectabile precum si modificarile testelor de coagulare, recomandata pentru un program complet de control de calitate. Kitul sa contina prospectul cu valorile tinta si intervalele de acceptabilitate (+/- 2 SD) pentru toate testele de coagulare pentru analizorul automat decoagulare aflat in dotarea laboratorului . Stabilitate dupa deschidere: 8 ore la 2-8o C sau 4 saptamani la -20 o C. Ambalare: 10x1ml În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu livreaza in termenul stabilit prin prezenta achizitie, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul facturii, ca penalități o sumă echiv cu rata dobanzii legala penalizatoare stabilita de art. 3, alin. (21) din OG nr. 13/2011 pentru fiecare zi de intarziere din valoarea comenzii neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. În cazul în care achizitorul nu onorează fact în term convenit prin prezenta achizitie, atunci furnizorul are dreptul de a solicita plata de penalități repr o sumă echiv cu rata dobanzii legala penaliz stabilita de art. 3, alin. (21) din OG nr. 13/2011 pt fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată, pana la indepl efectiva a obligatiilor.

---