
Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura B Stearothermophilus; clasa 5; Test Bowie Dick

I.D.: 41785009

Data publicarii 04.02.20 Coduri CPV 38341500-2 33198200-6 33694000-1

Pretul estimativ: 4.970,00 RON - 4.970,00 RON

Descriere: Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura B Stearothermophilus; clasa 5; Test Bowie Dick PROMOTIE ! Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni.
