

Constatare tehnica si remediere defectiuni la aparatul de anestezie Drager Fabius Plus

I.D.: 54266968

Data publicarii	16.02.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 18.02.21

Descriere: Constatare tehnica si remediere defectiuni la aparatul de anestezie Drager Fabius Plus seria ARZD-0083 (BO Chirurgie OMF) -alarma presiune continua, -pe parcursul interventiilor au avut loc reparari la intervale scurte, a ciclurilor de incalzire si analizorului de gaze anestezice (Multigas Warning up), -masurare intermitenta necorespunzatoare a pulsoximetriei si a valorilor tensionale, -declansarea ocazionala a alarmei ce afiseaza "presiune gaz proaspat scazut", de scurta durata -baterie defecta in cadrul testarii sistemului (afiseaza : functional conditionat) Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical mai sus mentionat
