
TEST BOWIE-DICK TIP PACHET PENTRU EVALUAREA STERILIZARII CU ABUR - Informer

I.D.: 38492767

Data publicarii	17.09.19	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 175,00 RON - 175,00 RON

Descriere: TEST BOWIE-DICK TIP PACHET PENTRU EVALUAREA STERILIZARII CU ABUR - Informer. Polonia
Pachetul de teste functionale de unica folosinta Bowie-Dick este proiectat pentru autoclavele cu abur echipate cu sistem de vacuum. Testul Bowie-Dick se efectueaza zilnic, inainte de a incepe ciclul de sterilizare de rutina, rezultatul obtinandu-se dupa 3,5 - 4 minute la temeparuta de 134°C si fiind usor de interpretat - culoarea indicatorilor se schimba de la galben la negru. Testul chimic Bowie Dick este prevazut cu campuri ce contin informatii cu privire la procesul de testare: numele spitalului, data efectuarii testului, numarul/seria sterilizatorului, numar ciclu sterilizare, numele operatorului, rezultat test: valid/invalid. In conformitate cu ISO 11140 - 1, EN 867 - 1, EN 867 - 4 AAMI ST
