

---

## **CONTROL URINA PENTRU ANALIZORUL URIT 180**

I.D.: 60399376

---

Data publicarii	27.08.21	Coduri CPV	33694000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Urina de control pentru validarea rezultatelor citite cu ajutorul analizorului de urina U 120. Rezultatele obtinute trebuie comparate cu cele din insertul controlului de urina. Kitul contine 3 flacoane de urina de control, pe 3 niveluri. PROBA - URINA TIMPUL DE CITIRE A REZULTATULUI - 60 secunde TEMPERATURA DE DEPOZITARE - 2° - 8° IMPACHETARE - doua flacoane de 5ml

---