

## TUB OXIGEN 50 l OXIGEN / BUTELIE OTEL 50 l OXIGEN

I.D.: 66168625

Data publicarii 11.02.22 Coduri CPV 44612100-4

Pretul estimativ: 14.300,00 RON - 14.300,00 RON

Descriere: Comanda 722 Vol nominal:50 ±5% ...lit Lung nominala(fara robinet si capac):.1490 mm Pres de incar:...200...bar D ext:...229...mm Pres de incer la 15 oC.300..bar/ Grosimea minima a peretelui...4.85..mm TARA BUTEL ~ 58 Kg Desen no...W - 2632A - Marca mat corp: 34CrMo4 Limita de curgere a mat: Rp02...min...825.....N/mm2 Rezistenta la rupere a materialului; Rm...min...965-1099.....N/mm2 Simbol trat. termic:...l... Incercari fizico-mecanice pt corp butel estimate: Marca mat Nr. sarja Nr. certif Lim de curg Rp02 N/mm2 Rez la rup Rm N/mm2 Alung A5 % Indoire la 180o pe dorn Rezilienta KCV 50oJ/cm2 Duritate (HB) 34CrMo4 Se va indica dupa executie 825 965-1099 14 f. fisuri (OK) 35 275-32 Test ultrasonic 100% PRES NOMINALA...200..bar RACORD BUTELIE..25E... PRES DE PROBA...300.....bar RACORD CONSUMATOR..G3/4 FLUIDUL/GAZUL DE LUCRU O2 DISC RUPERE TARAT LA...-....bar Tipul gazului.OXIGEN Marcaj aplicat:p 0038 Prod este certificat de Llooyd Register EMEA,marcaj p 0038/certificare COV 1229184/2 Procedura de eval conf.: Modul B Organism notificat: Lloyd Register EMEA Hiramford. Gar prod: 1an de la data vanzarii sau 18 luni de la data livrarii Scadenta pana la perioada de verificare este de 10 ani conform TPED (PT C5/2003 anexa B) / cert conform producator In conformitate cu certificatul lotului de butelii de la producator si a certificat probe finale se va oferi certificare ca produsul Butelie 40l / 50l avand caracteristicile inserate este in conformitate cu HG 941/2003 si EN 1964/1