

Aslo LATEX 150 TESTE

I.D.: 74880913

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	66,80 RON - 66,80 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Suspensie de particule de latex alb acoperite cu streptolizina O, azida de sodiu 0.95 g/l. C-.Control negativ : Ser continand ASLO <200 UI/ml C+.Control pozitiv: Ser uman continand ASLO>200 UI/ml Carduri test (observatia 1). Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta ECHIPAMENT ADITIONAL Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm. PROBA Ser recoltat prin proceduri standard CARACTERISTICILE METODEI •Detectabilitate: 200 UI/ml ASLO, utilizand un standard intern trasabil la Biological Reference Material BCR 97/662(National Institute for Biological Standards and Control, UK). Valoarea de granita(cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variatiile incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. •Efect de imprastiere(concentratie ridicata): valorile fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/ml. •Rezultate false:rezultatele obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. •Interferente: hemoglobina (5 g/l), bilirubina (15 mg/dl), factorul reumatoid (300 UI/ml) si lipemia (5 g/l) nu interfera. Alte medicamnte s substante pot interfera 3 TINE LOC DE COMANDA