

Eticheta/etichete dublu adezive trasabilitate sterilizare abur 29X28 cu indicator/<https://e-licitati>

I.D.: 71938268

Data publicarii 04.08.22 Coduri CPV 38341500-2 33124131-2

Pretul estimativ: 1.175,00 RON - 1.175,00 RON

Descriere: Rola etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu abur la 134 C 3.5 minute sau 121 C 15 minute. Etichetele sunt dublu adezive pentru a putea fi , initial, lipite pe fiecare punga, pachet, necesar a fi identificat in procesul de sterilizare, urmand ca ulterior , la momentul utilizarii pachetului, sa fie dezlipite si atasate in fisa pacientului sau registrul de sterilizare, pentru asigurarea trasabilitatii dispozitivelor medicale Dimensiune: 29 x 28 mm Caractere : 11 caractere Permit inregistrarea informatiilor de identificare pe trei linii: pe prima linie se inregistreaza datele de identificare pentru: autoclav, operator, sarja, iar pe celelalte doua linii ramase data sterilizarii si data expirarii Pretiparite cu informatiile de inregistrat in limba romana Culoarea se schimba din roz in negru Se utilizeaza impreuna cu pistol de marcat cu 3 linii In conformitate cu standardul EN ISO 11140-1 tip 1 Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei mai putin/ Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricati