

Pseudalert, Enterolert-DW, ENTEROLERT-E, COLILERT-18

I.D.: 67618577

Data publicarii	30.03.22	Coduri CPV	33696500-0 33141620-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	11.138,00 RON - 11.138,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Oferta refuzata: Pseudalert pentru 100 ml/Quanti-Tray combo -utilizat cu quanti-Tray pentru enumerarea MPN a *Ps.aeruginosa* -reactiv gata preparat in unidoza, fara component toxici -rezultat definitive in 24 ore,fara etape confirmatorii aditionale. -fluorescenta si schimbarea culorii reduc subiectivismul de interpretare. Certificat de calitate,CE. Valabilitate 18 luni. Furnizor certificate ISO 9001/2015 Enterolert -DW pentru 100 ml/Quanti-Tray combo-utilizat cu IDEXX Quanti-Tray pentru enumerarea MPN de enterococci din apa potabila clorinata si neclorinata. -reactiv gata preparat in unidoza, fara component toxici -utilizeaza orto-nitofenil-beta-D-glucoside ca nutrient indicator ce -rezultat in 24 ore Certificate de calitate , CE. Valabilitate 18 luni. Furnizor certificate ISO 9001/2015 Enterolert -E pentru 100 ml/Quanti-Tray combo -utilizat cu IDEXX Quanti-Tray pentru enumerarea MPN de enterococci din apa, in corelatie cu ISO 7899 - 2. -reactiv gata preparat in unidoza, fara component toxici -utilizeaza orto-nitofenil-beta-D-glucoside ca nutrient indicator ce -rezultat in 24 ore. Certificate de calitate , CE. Valabilitate 18 luni. Furnizor certificate ISO 9001/2015 COLILERT-18 Test/reactiv pentru determinarea bacteriilor coliforme si a *E. coli* din apa. Reactiv deshidratat, ambalat pentru o proba apa (100 ml). Culoarea godeurilor se schimba in galben la prezenta bacteriilor coliforme si sunt fluorescente la prezenta *Escherichia coli*. Temperatura de pastrare 2-25°C. Citire-calitativa , in recip
