

---

## **VACUTAINER BIOCHIMIE 6 ml DOP ROSU CLOT ACTIVATOR KIMA / VACUTEST KIMA**

I.D.: 72983820

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 09.09.22 | Coduri CPV | 33141300-3 24326100-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 872,50 RON - 872,50 RON |
|-------------------|-------------------------|

---

Descriere: Vacutainere biochimie cu volum de 6 ml KIMA, Clot activator (cu aditiv), steril in interior. Dimensiunea tubului: 13 x 100 mm - 6 ml, capac rosu, tub plastic PET. Mod de ambalare: Cutie \* 100 buc, Bax: 1000 Buc. Pe tub/ cutie sunt inscriptionate: volumul, dimensiunile tubului, tipul si codul, numarul lotului de productie, numele producatorului, mentiunea "Sterile" si data expirarii. Existenta vidului predeterminat asigura recoltarea cantitatii necesare de sange de la pacient. Utilizare recomandată Indicații de amestecare: imediat după recoltarea sângelui, inversați ușor proba de 6-8 ori Timpul minim înainte de centrifugare: 30 de minute după recoltare Timpul maxim înainte de centrifugare: 2 ore după colectare Viteza de centrifugare: la 1300 g timp de 10 minute la 20 - 25 ° C Proba conservare: pentru serul separat de cheag, vezi tabelul următor. Marcaj CE. Produsul este insotit de certificatul de calitate si ISO de la producator si SC Eprubeta Farm SRL.

---