

---

## **Solutie standard de amoniu NH<sub>4</sub>Cl in H<sub>2</sub>O trasabila NIST 1000 mg/l NH<sub>4</sub> Certipur® MERCK**

I.D.: 93758387

---

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 185,00 RON - 185,00 RON

---

Descriere: Amoniu - solutie standard, NH<sub>4</sub>Cl in H<sub>2</sub>O, trasabila NIST, 1000 mg/l NH<sub>4</sub><sup>+</sup> CertiPUR® - FI \* 500 ml - Cod :1198120500- Pret 139 Ron Density 0.99 g/cm<sup>3</sup> (20 °C) pH value 5.4 (H<sub>2</sub>O, 20 °C) Metoda de determinare: titrare argentometrică. Conținutul acestei soluții a fost determinat cu soluție standard de azotat de argint (numărul articolului 1.09081) standardizat față de clorura de sodiu standard volumetrică (numărul articolului 1.02406). Incertitudinea de măsurare extinsă este de ± 0,4% (k = 2 factor de acoperire pentru 95% probabilitate de acoperire). Valoarea certificată este trasabilă la standardul primar NIST SRM 999b (NIST: Institutul Național de Standarde și Tehnologie, SUA) prin intermediul clorurii de sodiu volumetric standard, măsurată în laboratorul de calibrare acreditat al Merck KGaA, Darmstadt, Germania în conformitate cu DIN EN ISO / IEC 17025. mai puțin

---