
Indicator indicatori biologici sterilizare PLASMA FIOLA STEARTERMOPHIULUS ATCC 7953

I.D.: 85797337

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Indicatorul biologic special conceput pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu plasma sau cu peroxid de hidrogen vaporizat. În cazul în care procesul de sterilizare nu a avut succes, mediul de indicare se va schimba de la purpuriu la galben după incubare la 60 ± 2 ° C, indicând astfel prezenta sporilor *Geobacillus stearothermophilus*. Dacă procesul de sterilizare a avut succes, mediul indicator va rămâne purpuriu după incubare. Citirea finală trebuie făcută după 24 de ore de incubare la 60 ± 2 ° C. AMBALARE: 100 FIOLE /CUTIE
PRETUL AFISAT/ FIOLA
