

## Furnizare, instalare si punere in functiune Stimulator de nervi periferici

I.D.: 24137213

---

Data publicarii	22.11.17	Coduri CPV	33171100-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.11.17	Pretul estimativ:	4.201,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Utilizeaza tehnologia SENSE (Sequential Electrical Nerve Stimulation) - pentru obtinerea primei contractii musculare la distant de nerv. Caracteristici: • Domeniul de reglaj al impulsului de curent: 0,01 - 1,00 mA; 1,00 - 5,00 mA. • Frecventa impulsului: 1 si 2 Hz. • Durata impulsului: 0,05ms; 0,1 ms; 0,3 ms; 0,5 ms; 1,0 ms. • Afişaj LCD unde se pot vizualiza concomitent cei mai importanţi parametri în timpul procedurii: o valoare curent efectiv (în mA), o domeniul curentului (în mA), o durata impulsului (mA), o frecvenţa impulsului (Hz), o impedanţa sarcinii (kW). • Alimentare: baterie 9V. • Control acustic la transmiterea impulsului electric. • Control vizual al continuităţii circuitului curentului. • Posibilitate de afişare a curentului presetat şi a curentului efectiv prin pacient (test de impedanţa). • Control acustic al continuităţii circuitului curentului. • Posibilitate comanda de la distanţa (remote control) a impulsului de curent. • Posibilitate de montare a unui creion pentru cartografiere percutana: Stimuplex Pen. • Alarma la depăşire limita minima de curent (situaţie în care vârful acului de anestezie plexala poate fi prea aproape de nerv). • Meniu în limba româna.

---