
Strip cu spori G. Stearothermophilus MesaLabs

I.D.: 44110071

Data publicarii	30.09.19	Coduri CPV	38900000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 820,00 RON - 820,00 RON

Descriere: Destinat pentru verificarea eficientei sterilizarii cu abur la 121 - 134OC ; populatie: 1.5×10^6 . Stripul contine o hartie de filtru inoculata cu spori Geobacillus stearothermophilus cu ambalaj cu urmatoarele caracteristici: - transparent, permeabil la agentul de sterilizare, rezistent la umezeala si la conditiile ambientale de temperatura si presiune; hartia de filtru are dimensiunile: 6,4 mm x 38,1 mm; dupa sterilizare testul se incubeaza la 55-60OC timp de 7 zile
