
TESTE BIOLOGICE Pt. STERILIZAREA CU CALDURA UMEDA (ABUR) INCUBARE 1 h

I.D.: 86238171

Data publicarii	24.08.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC PENTRU STERILIZAREA CU CALDURA UMEDA (ABUR) INCUBARE 1 h se prezinta sub forma de fiola de plastic ce contine spori de *Geobacillus Stearothermophilus* (ATCC7953) 106 impregnati pe un suport de bumbac si o fiola de sticla de contine mediul de cultura cu activator de ph de culoare mov - monitorizeaza toate ciclurile de sterilizare cu abur 121- 135°C -asigura verificarea sterilizarii rapid, dupa un timp redus de incubare , de maxim 60 minute - fiola este prevazuta cu indicator chimic de proces , imprimat pe o eticheta autoadeziva care isi schimba culoarea dupa procesare -eticheta sa fie autoadeziva, pentru a putea fi lipita in caietul de sterilizare in urma incubarii, demonstrand utilizarea cantitativa a indicatorului biologic; - rezultatul se determina utilizand fluorescenta emanata de catre sporii supravietuitori, care este citita de catre dispozitive de incubare dedicate - rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare -respecta cerintele standardelor EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 in vigoare -prezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, respectand cerintele standardului EN ISO 11138-8 termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei
