

---

## **Test Bowie Dick Card STANDARD;TEST BIOLOGIC AUTOCLAV SI ETUV Indicator chimic Strip integrator abur**

I.D.: 44174202

---

Data publicarii	07.11.19	Coduri CPV	33198200-6 38341500-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	829,00 RON - 829,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 90 x 50 Schimbarea culorii de la roz la negru Valabilitate 4 ani;sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laboratorSaculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2); DESCRIERE: Destinat monitorizarii ciclurilor cu abur 121-134 C; laminat pentru a evita imprastierea cernelii; culoarea se schimba de la albastru la negru; permite inregistrarea informatiilor: data , operator In conformitate cu standardul ISO 11140enzile autoadezive se prezinta sub forma de role de 19 mm latime si 50 de metri lungime. Benzile autoadezive sunt imprimate cu cerneluri de înalta tehnologie, culoarea lor schimbându-se atunci când sunt expuse la agentul de sterilizare. Temp :160- 180C mai Integrator laminat clasa 5 pentru sterilizare la aer cald - etuva- pupinel dry heat- 160-180C. Monitorizeaza toti parametrii critici: timp, temperatura. Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu ISO11140-1 Cutie 250 buc

---