
INDICATOR INDICATORI STERILIZARE BIOLOGIC ETUVA AER CALD EO BACILLUS ATROPHAEUS STRIP TEST TESTE

I.D.: 39859974

Data publicarii 14.06.18

Coduri CPV

33124131-2

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

Descriere: Indicator biologic strip cu spori atrophaeus ATCC 9372 este proiectat in mod specific pentru monitorizarea sterilizarii cu oxid de etilena (OE) si/sau a proceselor de sterilizare pentru caldura uscata la 160 -180 °C. Declaratie conformitate. Certificat analiza / lot.

Reglementarile aplicabile: EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3, EN ISO 11138-5, IRAM 37102-1, 37102-3 ambalare: cutie 100 stripuri LIVRARE IN TRANSE, PE BAZA DE COMANDA.
