
Intretinere si service Allura si Ingenia 3.0T

I.D.: 73677961

Data publicarii	29.09.22	Coduri CPV	50421000-2 98390000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	16.708,50 RON - 16.708,50 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: a. Mentenanta Corectiva (CM) Timpi de raspuns: • Se intervine in maxim 4 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea si repararea echipamentului; -identificarea defectiunilor care genereaza erorile de functionare; -inlaturarea defectiunilor minore, daca este posibil si nu sunt necesare piese de schimb; -identificarea pieselor defecte in scopul inlocuirii, daca este posibil; -Se intervine in maxim 48 ore, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea echipamentului b. Mentenanta Preventiva (PM) -Interventie care se efectueaza la sediul Beneficiarului pentru intretinerea generala preventiva si obligatorie. Aceasta se realizeaza in concordanta cu instructiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale; -Interventie de Mentenanta Preventiva (revizie tehnica) anuala obligatorie, conform specificatiilor producatorului si legislatiei in vigoare: 2 revizii anuale atat pentru RMN Philips cat si pentru Angiograf Philips. c. Piese de schimb -Piese defecte nu sunt incluse in contract; -Nu este inclus Helium lichid, atat consumat pe durata functionarii normale a echipamentului cat si cel pierdut cu ocazia unui eveniment de tip Quench, indiferent de cauzele acestuia. -Componentele vor fi reparate sau inlocuite, dupa caz; -In cazul in care se constata ca unele piese sunt defecte, acestea vor fi specificate in raportul de service iar apoi oferite catre Beneficiar; -Piese gasite defecte vor fi comanda
