

---

## **Sistem de aspiratie in circuit inchis TRACH CARE NEO/PED 8 Fr/10fr**

I.D.: 81715630

---

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	33170000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.000,00 RON - 7.000,00 RON

---

Descriere: Sistem de aspiratie in circuit inchis cu urmatoarele caracteristici tehnice: - camera de spalare dotata cu un sistem de izolare a cateterului de circuitul aerian. - cateter cu marcaj numeric si colorimetric, cu cap atraumatic si 3 guri de aspiratie - sistem de cuplare in "Y" compatibil cu sonda pentru endotraheala si de traheostoma. - valva manuala de control a suptiunii - camera martor pentru controlul curatarii sistemului de mucozitati dupa realizarea aspiratiei - pachetul sa contina 2/3/4 adaptoare pentru sonda endotraheala sau nazala, cu furtunas atasat pentru spalarea acesteia si cu marcaj corespunzator marimii sondei la care se poate atasa sistemul de aspiratie in circuit inchis - perioada de utilizare 24 h - Dimensiuni: - 5 fr - lungime 30,50 cm - adaptor sonda de 2 mm si 2,5 mm - 6 fr - lungime 30,50 cm - adaptor sonda de 2,5 mm si 3 mm si 3,5 mm - 7 fr - lungime 30,50 cm - adaptor sonda de 2,5 mm si 3 mm si 3,5 mm si 4 mm - 8 fr - lungime 30,50 cm - adaptor sonda de 3 mm si 3,5 mm si 4 mm - -10 fr - lungime 40,5 cm -12 fr - lungime 40,5 cm Dimensiunea pentru sistemele de copii pot varia - intre 5 fr 1.6 mm - 12 fr 4.0 mm. - sterilizate cu oxid de etilenă, impachetate individual pe lungime - Marcaj CE Va rog ch8-30buc 10-20buc 12-20buc

---