
Indicator biologic/ Indicatori biologici abur super rapid fluorescenta 1 ora BIONOVA BT222

I.D.: 92839381

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.02.24 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 17.700,00 RON - 17.700,00 RON

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 60 minute la 60 C, in incubatoarele smart cu autocitire Bionova, prin metoda de detectare fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 si EN ISO 11138-8 in vigoare Pprezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, in conformitate cu standardul EN ISO 11138-8 Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Ambalare: 50 fiole/cutie
