

Test/teste Bowie-Dick card

I.D.: 67130765

Data
publicarii 15.03.22

Coduri CPV 33198200-6

Pretul
estimativ: 1.020,00 RON - 1.020,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Descriere · Cardul verde STERISTAR S/T, cardul de test Bowie-Dick este proiectat pentru monitorizarea zilnica a sterilizatoarelor cu abur pre-vid care funcționeaza la 134°C timp de 3,5 minute pentru a detecta prezența aerului rezidual. Caracteristici · Cardul verde STERISTAR S/T, cardul de test Bowie-Dick este proiectat pentru monitorizarea zilnica a sterilizatoarelor cu abur pre-vid care functioneaza la 134°C timp de 3,5 minute pentru a detecta prezenta aerului rezidual. Schimbarea culorii · Culoarea indicatorului se schimba de la verde la negru atunci cand este expusa la un ciclu de sterilizare cu abur cu cicluri de vid de acceptare. Instructiuni de utilizare · Testul Bowie-Dick se efectueaza in fiecare zi într-un sterilizator gol inainte de prelucrarea oricaror incarcaturi. · Sterilizatorul si suportul cardului verde trebuie incalzite complet la temperatura de functionare inainte de efectuarea testului, chiar daca se efectueaza un ciclu scurt de incalzire inainte de efectuarea testului. · Introduceti un card verde in suport cu partea indicatoare verde orientata in sus si eticheta de informatii orientata in jos. · Asezati cardul verde si suportul pe raftul inferior, cel mai apropiat de scurgerea sterilizatorului gol. · Se executa un ciclu de sterilizare cu abur pre-vid timp de 3,5 minute la 134°C, cu o faza de uscare mai mica de 5 minute. Nicio uscare nu este acceptabila. · Nota : Fazele lungi de uscare pot determina indicatorul sa devina maro. Interpretare · In timp ce pur