
Teste Bowie Dick (pentru sediul din BUZAU)

I.D.: 79884233

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 275,00 RON - 275,00 RON

Descriere: Test de sterilizare pentru monitorizarea zilnică a sterilizatoarelor cu abur la o temperatura de 134°C si 137°C este folosit pentru detectarea scurgerilor de aer. Testeaza penetrarea corecta a aburului in timpul sterilizarii. Testele sunt gata de utilizare. Prevazut cu indicator de proces (arata cand ambalajul a fost folosit) pe eticheta ambalajului. Pe fiecare pachet sunt tiparite: lotul, data fabricatiei si a expirarii. Pretul afisat / test. (ref 3086/553/06.03.2023 r.a. LR)
