

Indicator integrator sterilizare ABUR clasa 5 si teste Bowie Dick PACHET (pentru sediul din Galati)

I.D.: 72518351

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 640,00 RON - 640,00 RON

Descriere: STRIP INTEGRATOR PENTRU STERILIZARE CU ABUR (NEADEZIV) MONITORIZEAZA TOTI PARAMETRII CRITICI: TIMP, TEMPERATURA, ABSENTA AERULUI SI CALITATEA ABURULUI. MONITORIZEAZA TOATE CICLURILE DE STERILIZARE CU ABUR (121°C-134°C) SI TOTI PARAMETRII CICLULUI. PRODUSUL DETECTEAZA EVENTUALELE DEFICIENTE IN FUNCTIONAREA ECHIPAMENTULUI SAU GRESELI IN CEEA CE PRIVESTE TEHNICA IMPACHETARII MATERIALELOR SUPUSE STERILIZARII. INDICATOR DE CULOARE: DE LA ROZ LA NEGRU (DUPA STERILIZARE). CALITATEA ESTE CONFIRMATA DE TEST REZISTOMETRU PE FIECARE INDICATOR ESTE TIPARIT: NUMARUL DE LOT, DATA FABRICATIEI SI DATA EXPIRARII, CLASA 5, IN CONFORMITATE CU ISO11140-1, TERMEN DE VALABILITATE : 4 ANI DE LA DATA FABRICARII. SE VINDE LA CUTIE DE 250 STRIPURI PRETUL AFISAT/STRIP ; TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. AMBALARE 20 TESTE BOWIE DICK / CUTIE. PRETUL AFISAT/TEST BOWIE DICK PACHET (ref 9337/27.07.2022 r.a. LR)
