

---

## Test / Teste Bowie Dick PACHET

I.D.: 41888684

---

Data publicarii	01.02.19	Coduri CPV	33698000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 590,00 RON - 590,00 RON

---

Descriere: Test de sterilizare pentru monitorizarea zilnică a sterilizatoarelor cu abur la o temperatura de 134°C si 137°C este folosit pentru detectarea scurgerilor de aer. Testeaza penetrarea corecta a aburului in timpul sterilizarii. Testele sunt gata de utilizare. Prevazut cu indicator de proces (arata cand ambalajul a fost folosit) pe eticheta ambalajului. Pe fiecare pachet sunt tiparite: lotul, data fabricatiei si a expirarii.

---