

Achizitie aparat pentru testarea sensibilitatii pielii la pacientul diabetic

I.D.: 56816932

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	33197000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 133.000,00 RON - 133.000,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Se va incheia contract de furnizare produse. Cerinte minime: Sistem de stocare: SSD minim 64GB. Minim 2 porturi USB. UPS sursa de alimentare cu protectie, cu putere minima 1100VA/600W, minim 2 prize Schuko. Stocare date medic examinator, pentru minim 3 utilizatori. Cerinte instalare: spatiu existent. Service in garantie: 2 ani pentru sistem si minim 1 an pentru electrozi. Timp maxim de interventie: 24h. Instalare si punere in functiune de catre furnizor. Scolarizare: personal medical, personal sanitar superior - 2 persoane, 1 zi, la sediul beneficiarului. Aparatele sa fie omologate de Ministerul Sanatatii. Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii privind autorizarea activitatii de comercializare a dispozitivelor medicale - original/copie/legalizata/copie cu mentiunea "conform cu originalul". Documente/certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea de catre ofertant conform standardului 14001 sau echivalent. Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale. Aparatele sa aiba marcaj sau declarative de conformitate cu Directiva 93/42 EEC. Furnizorul se obliga sa asigure existenta pe piata a pieselor de schimb si consumabilelor pe o perioada de 10 ani de la incheierea contractului. Aparatul se va livra impreuna cu manualul de utilizare in limba romana sau traducere autorizata. An de fabricatie nu mai vechi de un an de zile.
