
Teste Bowie Dick PACHET, Indicator biologic

I.D.: 39980850

Data publicarii	18.09.18	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 838,00 RON - 838,00 RON

Descriere: Test de sterilizare pentru monitorizarea zilnică a sterilizatoarelor cu abur la o temperatura de 134°C si 137°C este folosit pentru detectarea scurgerilor de aer. Testeaza penetrarea corecta a aburului in timpul sterilizarii. Testele sunt gata de utilizare. Prevazut cu indicator de proces (arata cand ambalajul a fost folosit) pe eticheta ambalajului. Pe fiecare pachet sunt tiparite: lotul, data fabricatiei si a expirarii. Indicator biologic sterilizare caldura uscata (etuva)si/sau etilenoxid - strip, contine o cantitate de spori bacterieni atrophaeus inoculati in hirtie de filtru si ambalati individual in pliculete. - certificati pentru populatie - fabricati in conformite cu standardele USP si cerintele ISO 11138.
