
Indicator biologic/Indicatori biologici Abur FIOLA B Stearothermophilus ATCC 7953

I.D.: 73188136

Data publicarii	14.09.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 490,00 RON - 490,00 RON

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Fabricat in Argentina Certificat de conformitate, avizat CE, MS. VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda ferma AVIZE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE TERMENUL DE VALABILITATE SA FIE DE 2 ANI DIN MOMENTUL CUMPARARII
