
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B

I.D.: 53104068

Data publicarii	30.12.20	Coduri CPV	33141520-1 33124131-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.200,00 RON - 1.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: TEST IMUNOCROMATOGRFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII FECALE - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
