

---

## **CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B**

I.D.: 53104068

---

Data publicarii	30.12.20	Coduri CPV	33141520-1 33124131-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	1.200,00 RON - 1.200,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: TEST IMUNOCROMATOGRAFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII FECALE - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.

---