
Indicator/Indicatori biologici/biologic Plasma -FIOLA cu mediu de B.Stearothermophilus- ATCC 7953

I.D.: 95501358

Data publicarii	05.04.24	Coduri CPV	38900000-4 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 310,00 RON - 310,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Indicatorul biologic este conceput special pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu peroxid de hidrogen. Daca procesul de sterilizare nu a reusit, mediul indicator își va schimba culoarea din purpuriu în galben dupa incubarea la temperatura de 60 ± 2 °C, indicând astfel, prezenta sporilor vii de Geobacillus stearothermophilus. Daca procesul de sterilizare a reusit, mediul indicator va ramâne purpuriu dupa incubare. Citirea finala se va face la 24 de ore de incubare la temperatura de 60 ± 2 °C. mai putin
