

Incubator autocontrol si autocitire rapida si superapida pentru indicator biologic fluorescenta

I.D.: 101532475

Data publicarii	13.08.24	Coduri CPV	33152000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON

Descriere: Incubator/termostat autocontrol si autocitire rapida si superapida pentru indicator biologic fluorescenta AR200 cu trasabilitate interna a indicatorilor biologici Incubator pentru citire rapida/ultra rapida, cu fluorescenta, pentru indicatori biologici. Este potrivit pentru citirea rezultatelor de sterilizare al sterilizatorului cu abur / VHP / EO. Poate monitoriza supraviețuirea sporilor de Bacillus Stearothermophilus în indicatorul biologic rapid. Acesta trebuie utilizat cu indicator special recomandat de catre producator. Cititorul este utilizat pentru a coopera cu indicatorii de incubație constantă a temperaturii la 58 °C / 37 °C (temperatura poate fi ajustată în funcție de cerințele diferite ale indicatorului biologic). Rezultatele finale negative / pozitive de incubație au fost obținute automat prin citirea modificărilor de fluorescență ale indicatorului biologic special în VH2O2 20min / abur 20min / 60min / 180min / EO240min. În proiectarea mini incubatorului biologic rapid, sunt luate în considerare cerințele de aplicare a interpretării vizuale a culorii PH. Incubatorului i se permite să incubeze continuu indicatorul special la 58 °C / 37 °C timp de 24-48 de ore. Rezultatele finale negative / pozitive de incubație pot fi determinate de interpretarea vizuală a schimbării culorii PH. În comparație cu interpretarea vizuală a schimbării culorii PH, metoda de interpretare a intensității fluorescenței are avantajele sensibilității ridicate, a răspunsului rapid
