

---

## **Banda autoclav 19mmX50m;Test Bowie Dick pachet - PREMIUM;Indicator biologic plasma FIOLA**

I.D.: 38813780

---

Data publicarii 01.10.19 Coduri CPV 33124131-2 38341500-2 33198200-6

---

Pretul estimativ: 708,00 RON - 708,00 RON

---

Descriere: DESCRIERE: Indicator biologic compatibil aparat de sterilizare cu plasma cu mediu de cultura inclus perioada de incubatie 24 ore contine Geobacillus stearothermophilus 10 x 6 Unitate de vanzare: 1 test DESCRIERE: Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 120 x 120 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Ambalare : 20 buc Valabilitate 5 an DESCRIERE: PROMOTIE ! Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni. DESCRIERE: Banda adeziva cu indicator pentru sterilizarea cu abur 19 mmm x 50 m; in conformitate cu ISO11140-1; culoarea se schimba in negru pentru a confirma procesul de sterilizare; termen de valabilitate 2 ani Fabricatie EU PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA

---