

---

## **CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A+B + GDH , 20 CASETE- CERTEST CONTROL POZITIV**

I.D.: 66616122

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.02.22 | Coduri CPV | 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

---

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH ) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B

---