
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A+B + GDH , 20 CASETE- CERTEST CONTROL POZITIV

I.D.: 81996953

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 08.05.23 | Coduri CPV | 33694000-1 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 2.250,00 RON - 2.250,00 RON

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
