

**Test (teste) rapid Antigen SARS-CoV-2, COVID-19,  
Nazofaringian, aprobat de DSP si CE,Cod RAPTER 2010**

I.D.: 65493643

Data publicarii	17.01.22	Coduri CPV	33140000-3
Pretul estimativ:	3.085,00 RON - 3.085,00 RON		

Descriere: Sensibilitate 98,50%, Specificitate 99,40 %, Acuratete 99,10% Test rapid antigen Nova nazofaringian aflat in lista DSP (cod RAPTER 2010 pentru raportare in platforma DSP) si in lista comuna EU, avizate de Ministerul Sanatatii.. Acest kit se bazeaza pe imunocromatografie pentru detectie. Specimenul se misca de-a lungul cardului de testare sub actiune capilara. Daca antigenul viral SARS-CoV-2 este prezent, acesta se va uni cu anticorpii specifici SARS-CoV-2 marcați cu aur coloidal. Complexul imunitar va fi captat de anticorpul monoclonal al coronavirusului fixat in linia T de detectie. In acest caz se formeaza o linie rosie, iar rezultatul testarii este pozitiv. Daca linia nu se coloreaza, se va afisa rezultat negativ. Cardul de testare contine, de asemenea, o linie C de control al calitatii, care trebuie sa aiba culoarea fucsia indiferent daca exista o linie T. Dispozitivul de testare este destinat detectiei calitative clinice a antigenilor SARS COVID-19 Prelevarea probei se poate face atat nazal cat si orofaringian. Continut pachet: 20 caseta de testare 20 tub de extractie (cu capac de picurare) 20 solutii 20 tampoane (betisoare) sterile 1 suport tuburi prelevare Aceste teste sunt avizate de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a medicamentului.