
Prezervative din latex pt sonda ecograf - lubrificate ; Gel lubrifiant steril Optilube plic 5 gr

I.D.: 91440747

Data publicarii	28.12.23	Coduri CPV	33712000-4 33140000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	202,32 RON - 202,32 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Prezervative din latex pt sonda ecograf - lubrificate Ambalate in cutie a cate 144 buc Calitate superioara Marcaj CE Gel lubrifiant steril Optilube Instructiuni de utilizare Brand: OptiLube™
Ingrediente - pentru fiecare 100 gr - Hydroxyethylcellulose, propylene glycol lubrifiant - apa purificata 82.73% - PEG 15.4% - 4-Hydroxybenzoic acid esters 0.0308% - Sodium hydroxide 0.24% Instructiuni: Plic - rupeti plicul la un capat si aplicati unde este necesar. Recomandari de utilizare OptiLube este un lubrifiant profesional recomandat pentru: - insertia cateterelor - endoscopii - lubrifierea prezervativelor - termometre rectale - proceduri spitalicesti generale - in timpul actului sexual - clisme - examinari ginecologice - examinari cu instrumente OptiLube nu afecteaza tesutul uman, nu afecteaza cauciucul, metalul, instrumentele si textilele sintetice sau naturale. OptiLube nu este un contraceptiv. Efectele secundare si atentionari speciale: Precautii: Daca produsul este deteriorat sau nesigilat, sterilitatea nu este garantata Atentionari: Daca apar iritatii, incetati utilizarea acestuia si consultati cu un doctor. Evitati contactul cu ochii. A nu se lasa la indemana copiilor.
Proprietati: steril, transparent, solubil in apa, fara grasimi. Fara latex! Sterilizare: sterilizat cu raze gamma, dupa procesul de ambalare. Nu folositi daca ambalajul este deteriorat.
Depozitare: a se depozita la temperaturi intre 5°-30° C pana la data expirarii. Ambalat: plicuri cu 5 g.
