
Plasma Control Normal: Control liofilizat de plasma umana ptr. verificarea preciziei si deviatiei

I.D.: 79876817

Data publicarii	14.03.23	Coduri CPV	33696200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.227,04 RON - 1.227,04 RON

Descriere: Plasma Control Normal: - Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice pentru PT, APTT si Fibrinogen, TT; - Fiecare lot va fi insotit de tabel cu valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si echipamente; - Compozitie: plasma umana obtinuta de la donatori sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES; - Stabilitate si stocare dupa reconstituire: min 4 saptamani la $\leq -20^{\circ}\text{C}$; - Reconstituirea flaconului liofilizat: cu apa distilata; compatibil Sysmex CA 620; ORKE41 Control-Plasma N 10 x 1 mL ;Achizitia tine loc de comanda scrisa
