

---

## Studiul oportunitatii achizitiei Masa Mayo hidraulica

I.D.: 63438672

---

Data publicarii 25.11.21 Coduri CPV 33100000-1 43328100-9 79311100-8 79418000-7

---

Termenul limita pentru depunere: 02.12.21

---

Descriere: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, doreste sa studieze urmatoarele aspecte financiare si tehnice: -Fabricat integral din otel inoxidabil; -Inaltime reglabila cu mecanism hidraulic cu pedala; -4 role pivotante de 75mm din care doua cu blocare; -Dimensiuni: L- 65cm, l- 53cm; -Inaltime reglabila 85cm - 120cm; Necesar 2 bucati

---