

## **Atrbuirea contractului de servicii de întreținere și reparații a echipamentului medical din cabinetele medicale școlare și universitare, precum și a aparatelor de fizioterapie din Unitatile de Asistență Socială, aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială și Medicală**

I.D.: 69514983

Documente participare:

- Caiet de sarcini complet service ap. med. CZV12 CSSM fara piese de schimb 2022.pdf

Data publicarii	27.05.22	Coduri CPV	50421000-2
Termenul limita pentru depunere:	02.06.22	Pretul estimativ:	130.000,00 RON - 130.000,00 RON

Descriere: A) Reviziile tehnice se vor executa semestrial sub forma unor verificari tehnice periodice, amanuntite, asupra tuturor aparatelor si echipamentelor medicale din cabinet, în funcție de recomandările producătorului si conform legii, cu întocmirea unui raport scris/buletin de verificare. B) Activitatea de reparatie si service presupune remedierea defectiunilor accidentale constatate la reviziile periodice sau la solicitarea beneficiarului. C) In cazul unei solicitari de mutare a unui unit vor fi efectuate operatiuni de Dezinstalare unitului stomatologic si instalare a acestuia Solicitarea se face de către personalul medical care utilizeaza aparatul medical. Solicitarea se poate face telefonic, e-mail sau prin fax. Timpul de răspuns al prestatorului este de maxim 24 de ore din momentul primirii solicitarii. Dupa fiecare interventie prestatorul este obligat sa prezinte Serviciului Achiziții Publice - Logistică, raportul de efectuare a interventiei care cuprinde lucrarile ce au fost efectuate si daca este cazul un deviz cu piesele ce trebuiesc înlocuite, semnat de medicul sau asistentul medical din cabinetul medical dentar/de medicină generală. A) Revizia Tehnica anuala se va efectua pentru toate aparatele si echipamentele din cabinet si va cuprinde cel puțin urmatoarele servicii: a) evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare; b) evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare; c) verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); d) emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, iar în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanță se situează în apropierea limitelor specificate admise; e) emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat. f) verificarea functionarii normale si in siguranta a dispozitivelor medicale g) reglaje si testari mecanice si electrice h) verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecurității , precum si reglarea acestora in limitele corespunzatoare.