

---

## **TESTE CLOSTRIDIUM DIFFICILE DEPISTARE TOXINA A/B SI A ENZIMEI GDH=REF.966/20.06.2024**

I.D.: 99027233

---

Data publicarii	21.06.24	Coduri CPV	33694000-1 33141625-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.815,00 RON - 1.815,00 RON

---

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH ) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.

---