
Revizie analizor hemoglobina glicozilata Arkray ADAMS HA-8180V

I.D.: 56901306

Data publicarii	10.05.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.700,00 RON - 1.700,00 RON

Descriere: Revizia tehnica anuala include: - curatare si calibrare sistem optic cu materiale Arkray - curatare si calibrare sistem pneumatic - curatare, reglare si gresare sistem pipetare - curatare si gresare sistem mecanic transport rastele - curatare si verificare printer - curatare container de spalare - verificare functionare (cu consumabile si controale) + reglaje transportor rastele - curatare, calibrare, gresare si reglaje ansamblu Sampler - inlocuire filtre, o-ring-uri si tubulaturi uzate - eventuale reglaje ce vor fi constatate si declarate necesare de catre echipa noastra tehnica - raspunsuri la solicitari/cereri de remedieri ale unor defectiuni reclamate - inlocuirea coloanei si efectuarea calibrarii aferente noii coloane
