

---

## Componente pentru aparatul de screening auditiv

I.D.: 44281999

---

Data publicarii 16.10.19 Coduri CPV 33112300-1 22993200-9 33711760-2 33124130-5

---

Pretul estimativ: 5.310,00 RON - 5.310,00 RON

---

Descriere: 1)Sonda completa calibrata pentru efectuarea testelor de otoemisiuni acustice TEOAE sau DPOAE, Sonda se livreaza cu certificat de calibrare. Este obligatorie calibrare sondei odata la 12 luni 2)Rola hartie termica tip etichete pentru imprimante Sanibell utilizate cu echipament otoemisiuni acustice SERA - Interacoustics. 1ROLA HARTIE =100 ETICHETE 56x60mm 3)Cutie cu ata dentara pentru curatarea virfului sondei de testare a echipamentelor SERA OTOEMISIUNI TEOAE, 30 de bucati per cutie 4) Varf sonda testare cu garnitura pentru echipamente SERA -OTOEMISIUNI TEOAE. 5)Varfuri pentru screening auditiv cu otoemisiuni a nou-nascutilor , de culoare verde cu diametrul exterior de 3 mm. virfurile sunt din cauciuc siliconic polimerizat la rece. duritate 30A. Varfurile sunt de unica folosinta . 6)Varfuri pentru screening auditiv cu otoemisiuni a nou-nascutilor , de culoare rosie cu diametrul exterior de 3-5 mm. virfurile sunt din cauciuc siliconic polimerizat la rece. duritate 30A. Varfurile sunt de unica folosinta 7)Varfuri pentru screening auditiv cu otoemisiuni a nou-nascutilor , de culoare galbena cu diametrul exterior de 5-8 mm. Varfurile sunt din cauciuc siliconic polimerizat la rece. Duritate 30A. Varfurile sunt de unica folosinta

---