

Achizitie teste rapide pentru detectare antigen SARS-CoV-2

I.D.: 52626603

Data publicarii	14.12.20	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	472,00 RON - 472,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Testul poate fi achizitionat in doua variante diferenta intre ele fiind strict de modul de prelevare respectiv din Saliva (varianta 1) sau Nazofaringian (varianta 2). Trusele de testare trebuie pastrate la 2-30°C pâna data expirarii menționată. Casetele de testare sunt stabile pâna la data de expirare tiparita pe pungile din folie. Casetele de testare trebuie sa ramâna în folia sigilata pungile pâna la utilizare. Nu se îngheață kitul de testare. Nu se folosesc teste peste data de expirare indicată pe ambalaj. Se va avea în vedere protejarea componentele kitului de testare si protejarea de orice posibila contaminare. Nu se utilizează componentele kitului de testare daca exista dovezi de contaminare microbiana sau precipitații. Contaminarea biologica a echipamentelor de dozare, a containerelor sau reactivii pot duce la rezultate inexacte. Kiturile pentru testare rapida de detecție a antigenului SARS-CoV-2 trebuie să cuprinda: • Casete de test Ag; • Tampoane nazale/nazofaringiene sterile; • Tuburi pentru extrac. ie cu capac de picurare; • Soluție tampon; • Suport pentru tuburile de extracție. În conformitate cu OMS 1819/2020, parametrii pentru selecția testelor de detecție a antigenelor SARS-CoV-2 sunt: • Specificitatea diagnosticului > 97% • Sensibilitate pentru eşantioane PCR pozitive > 90% • Sensibilitate diagnostic: minim 80% • Calitatea datelor stiintifice care au condus la validarea testului; • Capacitatea de furnizare, distribuție si suport tehnic, conditii de transport ş