

## Pachet verificare tehnica periodica a echipamentelor medicale

I.D.: 106618941

---

Data publicarii	02.12.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	8.400,00 RON - 8.400,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Verificarea tehnica periodica post-garantie pentru următoarele echipamente: - model B, banca de sange cu temperatura pozitiva si constanta de 4°C - model F, congelator de temperatura scazuta de -40°C - model U, congelator de temperatura ultra scazuta de -80°C - hemomixer model T-RAC II Procedura de verificare tehnica periodica presupune: 1. Intretinerea echipamentelor frigorifice ce cuprinde cel putin urmatoarele operatii: - Verificarea tehnica (curatare, ajustare, lubrifiere parti mecanice mobile) conform tabelelor de verificare indicate de catre producatorul echipamentului. - Diagnoza gradului de uzura a pieselor/componentelor echipamentului. - Inlocuirea consumabilelor uzate la echipamente in baza listei de consumabile - Verificarea functionarii echipamentului in parametrii tehnici. 2. Interventia, la solicitarea achizitorului, in caz de defectiune va consta in urmatoarele operatiuni, dupa caz: - constatarea/diagnosticarea defectiunii; - dupa caz evaluarea pieselor de schimb necesare; - dupa caz remedierea echipamentului defect/inlocuirea piesei defecte; 3. Reparatia: - toate piesele/componentele ce vor fi înlocuite vor fi noi si originale, respectând caracteristicile funcționale prevăzută în cartea tehnică a echipamentelor și vor beneficia de garanție prevăzută de lege mai puțin

---